

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602439**Référence****90299300****Nom****Etalon Silice solution à 15 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/08/2026	1 Mois	06/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,0070 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 15 µg/l SiO₂

Date**10/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité