

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602491**Référence****90186320****Nom****BUFFER 1,0M pH 6,0 (AND)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/08/2026	6 Mois	10/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
456g di-Potassium hydrogénophosphate à 3 molécules d'eau Ref VWR 88363
QSP 2000 ml eau désionisée
Ajusté à pH =6,0 +/- 0,5 avec de l'acide phosphorique 85%
Filtration 0,45 µ

Date**17/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité