

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602512**Référence****89742360****Nom****Sodium tetraphenylborate solution 0,02 M****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/08/2026	12 Mois	13/08/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
34.5 g Sodium TetraPhenylBorate PA ref Prolabo 28187
32.06 g Sodium Hydroxide Ref Merck 106498
QSP 5000 ml eau désionisée
pH= 13 +/- 0.5
Conforme au mode opératoire, Titre vrai non mesuré

Date**17/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité