

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2602561****Référence****85491290****Nom****Solution étalon carbone COT 50 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 20/08/2026         | 12 Mois              | 20/08/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
0,1063 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874  
QSP 1000 ml eau désionisée  
soit une concentration COT de 50 mg/l

**Date****25/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité