

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602615**Référence****MC3105701000****Nom****Solution étalon TAC à 20 °F****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
26/08/2026	12 Mois	26/08/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,336 g Sodium hydrogénocarbonate Ref VWR 27778
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**01/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité