

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602621**Référence****903319200****Nom****SOLUTION E - Mélange 2 acides suivant ASTM E340****PRODUCTION****Conditionnement** Fût Métal double enveloppe 200L

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/08/2026	12 Mois	26/08/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
suivant EN 2715
26,1 litres Acide chlorhydrique 37 % Ref VWR 20252
17,4 litres Acide fluorhydrique 48 % Ref VWR 20319
156,5 litres eau désionisée

Date**01/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité