

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2602632****Référence****MC3124831000****Nom****Etalon de silice 200 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 27/08/2026         | 1 Mois               | 27/09/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire  
0,0935 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310  
QSP 1000 ml eau désionisée  
Soit une concentration de 200 µg/l SiO<sub>2</sub>

**Date****01/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité