

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602662**Référence****89836.360****Nom****Acide borique 40 g/l en solution aqueuse pH 4.5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
01/09/2026	12 Mois	01/09/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
40 g acide borique Ref Merck 100165
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=4,50 +/- 0,1

Date**07/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité