

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602678**Référence****MC3109128010****Nom****Noir amido 10 B 0,92 g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican DIN45 Blanc 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/09/2026	3 Mois	02/12/2026

CONFORMITE

Concentration = 0,92 g/l +/- 0,2 % selon norme NF VO4-216
PH = 2,4 +/- 0,1
DO= 0,718+/- 0,01 UDO

Date**07/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité