

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602697**Référence****MC3138811000****Nom****Solution étalon carbone COT 100 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/09/2026	12 Mois	03/09/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,2125 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 100 mg/l

Date**07/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité