

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602704**Référence****MC3072340100****Nom****Bleu de bromothymol 0,04 %****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/09/2026	12 Mois	03/09/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
100 ml eau désionisée
0,4 g bleu de bromothymol réf MERCK1.01226
6,4 ml soude 0,1 N réf VWR31770
QSP 1 000 ml éthanol réf VWR20821

Date**07/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité