

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602718**Référence****88147260****Nom****Etalon ammonium 1000 mg/l en NH₄-N****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
04/09/2026	12 Mois	04/09/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
3.83 g Ammonium chlorure réf merck 1.01145
QSP 1000 ml eau déminéralisée
Soit une concentration de 1000 mg/l en NH₄-N

Date**07/09/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité